ДИПОЛЬ
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

CAS 3025 Калибровочный комплект для емкостных клещей связи

Производитель:
TESEQ

Цена:
Цена по запросу

Описание

CAS 3025 — калибровочный адаптер для контроля НИП. Проверочный комплект CAS 3025 состоит из двух аттенюаторов (INA 265B и INA 266A) и кабеля BNC (RG58), которые специально предназначены для периодической проверки характеристик генераторов пачки импульсов/быстрых переходных процессов (EFT) в соответствии с требованиями стандарта IEN/EC 61000-4-4:2004. Указанные аттенюаторы рассчитаны на короткие/быстрые переходные (EFT) импульсы с напряжением до 8,0 кВ и, поэтому, могут использоваться для проверки почти всех марок генераторов пачки импульсов/EFT.

Стандарт определяет методы измерения коротких/EFT импульсов с полным сопротивлением нагрузки 50 Ω и 1000 Ω. INA 265B – это аттенюатор с полным сопротивлением нагрузки 50 Ω и величиной затухания 60 дБ. INA 266A имеет входное полное сопротивление 1000 Ω и величину затухания 66 дБ. Оба аттенюатора разработаны таким образом, что имеется возможность их прямого подключения к импульсному выходу генератора коротких/EFT импульсов. Коэффициент усиления напряжения задан таким образом, что большинство типов осциллографов, доступных в настоящее время на рынке, могут подключаться напрямую к выходу аттенюаторов.

- ослабление 1000 для нагрузки 50 Ом;
- ослабление 1000 для нагрузки 2000 Ом;
- полное соответствие IEC 61000-4-4.