

Генератор импульсов напряжения для испытаний фотоэлектрического оборудования PVSG 2500

Генератор импульсов напряжения для испытаний фотоэлектрического оборудования PVSG 2500

Производитель:

Зctest

Цена:

Цена по запросу

Описание

Технические характеристики

Параметр	Значение
Испытательное напряжение	500 В - 25 кВ, $\pm 10\%$
Форма импульса напряжения	Время нарастания: 1.2 мкс $\pm 30\%$
	Длительность по половине амплитуды: 50 мкс $\pm 20\%$
Импеданс источника	<2 Ом, 500 Ом
Полярность	Положительная, отрицательная, переменная
Период следования импульсов	5 с - 9999 с, зависит от напряжения
Счетчик	1 - 9999, настраивается
Режим запуска	Ручной, автоматический, внешний запуск, запуск осциллографа
Измерение	Через коаксиальный порт на передней панели: 10 В при 25 кВ
Ток аварийного отключения ИТС	100 мА - 1200 мА