

## Приборы для поверки измерительных головок ППГ-4



**Производитель:**  
ИМЦ «МИКРО»

**Цена:**  
Цена по запросу

### Описание

Предназначен для поверки микронных и долемикронных измерительных головок, индикаторов, преобразователей и нутромеров индикаторных с ценой деления 1-2 мкм и с диапазоном измерения от 6 до 250 мм.

Прибор является эталоном 2 разряда, разработан взамен прибора ППГ-3 и имеет ряд преимуществ:

- соответствует как эталон требованиям ГОСТ Р 8.763-2011;
- минимальная погрешность 0,04 мкм;
- две измерительные пятки вместо четырех;

- компьютерная программа, позволяющая обрабатывать результаты поверки не только отечественных, но и зарубежных приборов;
- видеокамера на гибком держателе позволяет проецировать шкалу поверяемого прибора на экран компьютера, что снижает утомляемость поверителя и исключает ошибки, связанные с параллаксом.

### **Какие головки и преобразователи можно поверять на приборе ППГ-4?**

- Индикаторы многооборотные 1МИГ, 2МИГ
- Головки рычажно-зубчатые 1ИГ, 2ИГ
- Оптикаторы 02П, 05 П
- Микрокаторы 02ИГП, 05ИГП, 1ИГП, 2 ИГП
- Головки малогабаритные 02ИПМ, 05ИПМ, 1ИПМ, 2ИПМ
- Головки измерительные электронные 01ИГПЦ, 01ИПМЦ, 1ИПМЦ, ИГЦ, ИГЦМ
- Преобразователи М-022, М-023, М-024, М-025
- Нутромеры НИ6-10, НИ10-18, НИ18-50, НИ50-100, НИ100-160, НИ160-260
- Зарубежные аналоги указанных головок, индикаторов и преобразователей, включая рычажные индикаторы: Mahr, Mitut и т.д.



