

Устройство связи/развязки для проведения испытаний на устойчивость к НИП/МИП SEPН 100100Т10

Устройство связи/развязки для проведения испытаний на устойчивость к НИП/МИП SEPН 100100Т10

Производитель:

Зctest

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Стандарт IEC

IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5

Описание

Применяется с оборудованием серий CCS, EFT либо CWS.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение	4,2 кВ; 10 кВ
Емкость связи	9/18 мкФ, 33 нФ
Импеданс	2/12 Ом
Номинальные параметры ИТС	3 Фазы
Номинальные параметры ИТС - AC	AC 1000 В, 100 А
Номинальные параметры ИТС - DC	DC 1500 В, 100 А