

# Устройство связи/развязки для проведения испытаний на устойчивость к НИП/МИП SEPН 2550S

Устройство связи/развязки для проведения испытаний на устойчивость к НИП/МИП SEPН

**Производитель:**

Зctest

**Цена:**

Цена по запросу

## Характеристики

Стандарт IEC

IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5

---

## Описание

Применяется с оборудованием серий CCS, EFT либо CWS.

## Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение	4,2 кВ; 6 кВ
Емкость связи	9/18 мкФ, 33 нФ
Импеданс	2/12 Ом
Номинальные параметры ИТС	1 Фаза
Номинальные параметры ИТС - AC	AC 250 В, 50 А
Номинальные параметры ИТС - DC	DC 250 В, 50 А