Высоковольтная испытательная установка УПУ-22

Высоковольтная испытательная установка УПУ-22

Image not found or type unknown

Производитель:	Цена:
ОАО «МНИПИ»	Цена по запросу

Описание

Высоковольтная измерительная (испытательная) установка УПУ-22

Высоковольтные испытательные установки предназначены для проверки соответствия требованиям электробезопасности радиоэлектронных приборов и электрической продукции. Основные проверяемые параметры: Электрическая прочность изоляции, ток утечки и сопротивления защитного заземления. Расширяет возможности УПУ-21/1, по сравнению с которой имеет меньшие габаритные размеры и вес, цифровую индикацию всех видов измерителей, встроенный источник регулируемого тока до 25 А и расширенный диапазон тока срабатывания защиты до 101 – 140 мА.

Выходное напряжение (постоянное и переменное)	0 - 2 кВ; 0 - 5 кВ
Встроенный источник переменного тока	10 - 25 А
Амплитудное значение пульсации напряжения постоянного тока относительно установленного выходного напряжения 5 кВ на холостом ходу не более	±5%
Погрешность установки выходного напряжения	± 3%
Ток срабатывания защиты	101 -- 140 мА
Ток нагрузки выходного напряжения постоянного и переменного тока, не менее	1 мА
Предел измерения сопротивления целостности соединения цепи	0, 01 – 0,10 Ом